



叶酸测定培养基使用说明书

【货号】 CM1405

【用途】

用于食品中叶酸的测定。(GB 标准)

【规格】 100g/瓶

【成分】 见 GB 5009.211。

【用法】

称取 93.9g 于 1L 蒸馏水中, 溶解后分装试管(无需加热), 每管 5mL, 加入标准品或测试样品, 用蒸馏水调整体积至 10mL, 121℃高压灭菌 5min 备用(试管法); 如用于微孔板法, 可将检测体积等比例缩小, 按照上述称量数配制所需培养基, 溶解后于 121℃高压灭菌 5min 备用。

注: 根据培养基的实际用量, 称取相应比例的干粉进行配制。

【质量控制】 参见质控报告。

【保存】

密封保存于阴凉干燥处。

注: 为防止干粉结块变色, 建议 2-8℃冷藏保存。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书(MSDS)可登陆陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面, 输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的, 不用于临床诊断或治疗。